

USER MANUAL



IceBand®

by MD R. Ihrman Patent Pend.

Cooling – compression bandage

Article: IceBand Knee

Article no: IB 4005



For single patient use only

Cooling agent: pure water. PCE™ technology

Contains: wrap and 2 x 2 cooling elements

Efficient cooling time: up to 1 hour

Durability: approx. 30 applications

Users manual: please see inside

Patent Pend.

All rights reserved

IceBand® is a registered trademark owned by IB MEDICAL AB



CE class 1

Manufacturer: IB MEDICAL AB, Sweden

icebandmedical.com



IceBand® is a cold therapy bandage intended for use after orthopedic surgery and during the rehabilitation period after. IceBand® can also be used in case of acute injury while waiting for medical attention.

Cooling and compression in combination relieves pain and reduces swelling.

Reading this Users' Manual will enable you to obtain the maximum therapeutic effect.

IceBand® should be applied without delay after surgery and can also be used after physical therapy and rehabilitation.

IceBand® can facilitate postoperative rehabilitation and shorten your recovery.

Cooling the knee has an anti-inflammatory effect that can reduce swelling and pain.

IceBand® can also be used to help reduce pain and swelling following an acute injury, while you are awaiting medical attention.

IceBand® Includes 1 knee wrap and 2 sets of 2 cooling elements.

The cooling agent is pure water without any additives, using PCE™ technology.

(Phase Changing Element)

USERS' MANUAL

- Put the cooling elements in a freezer (within approx. 3 hours the water will have frozen to ice)
- Insert one cooling element in each of the two pockets of the knee wrap and apply the wrap to your knee (with the pockets facing upwards). Keep the remaining cooling elements in the freezer and use these as replacements when the first two have melted
- Tighten the Velcro fastenings securely to provide desired compression
- Allow the IceBand® to work for 45-60 minutes for maximum effect. We recommend using IceBand for repeated intervals of approx. 45-60 minutes each time. After the 45-60 minutes, take off the IceBand for at least one hour. This enables the operated area to "rest". Repeat the process several times.
- The IceBand® should be removed when the ice has all melted and the cooling effect has come to an end.
- Repeat the treatment several times postoperatively and after physical therapy and rehabilitation sessions as instructed by your healthcare professional.

CONTRAINDICATIONS: IceBand® should not be used if you suffer from cold allergy, Raynauds phenomenon or cryoglobulinaemia. If you are uncertain please ask your physician.

CAUTION: The cooling elements shall never be applied directly to the skin. Only to be used inside the wrap. Patients' skin should be observed frequently due to individual sensitivity and susceptibility to cool.

Contact your physician if the treatments lead to more pain or if you are uncertain about any aspect of its use. Cooling products shall be handled with care and only be used in accordance with instructions from a physician.

For single patient use only

Each IceBand® can be used approximately 30 times.

CLEANING: The cooling elements can be disinfected using a surface disinfectant and can be washed in a dishwasher at max. 65 degrees Celsius / 150 Fahrenheit. The fabric shall not be washed.

DISPOSAL: Consists of water, polyethylene, and polypropylene and can be exposed of as normal household waste. When incinerated it will turn into CO² and water.

IceBand® was developed in co-operation with: Robert Ihrman, MD, Orthopaedic Consultant, Orthopaedic Clinic, Ryhov County Hospital in Sweden.



IceBand ist ein kühlender Druckverband, der speziell für die Linderung post-operativer Schmerzen und Schwellungen nach Knieoperationen entwickelt wurde.

Die genaue Beachtung dieser Gebrauchsanweisung wird Ihnen einen maximalen therapeutischen Nutzen bieten.

IceBand sollte unmittelbar nach der Operation angelegt werden. Vorteilhaft ist auch eine Anwendung nach Krankengymnastik und Physiotherapie nach denen es sonst zu Schwellungen und Schmerzen kommen könnte.

IceBand erleichtert die Heilung und verkürzt die Behandlungszeit.

Die Kühlung des Knies hat eine entzündungshemmende Wirkung, wodurch Schwellung und Schmerz reduziert werden. Sie können IceBand so oft anwenden, wie Sie möchten, die Kühlung ist unbedenklich.

Auch bei akuten Verletzungen kann IceBand bereits vor der medizinischen Behandlung zur Reduzierung von Schmerzen und Schwellungen angewandt werden.

IceBand besteht aus 1 Kniebandage und 2 Sets mit jeweils 2 Kühlelementen.

Das Kühlmittel ist reines Wasser ohne jegliche Zusätze (PCE-Technologie).

GEBRAUCHSANWEISUNG ICEBAND

- Legen Sie die Kühlelemente in das Gefrierfach (nach 3 Stunden sollte das Wasser gefroren sein).
- Schieben Sie zwei Kühlelemente in die vorgesehenen Taschen der Kniebandage. Legen Sie die Bandage so an, dass die Taschenöffnungen nach oben zeigen.
- Schließen Sie den Klettverschluss.
- Um einen maximalen Effekt zu erzielen, sollten Sie IceBand 45-60 Minuten angelegt lassen.
- Sobald das Eis vollständig geschmolzen ist, sollte IceBand entfernt werden.
- Nach dem operativen Eingriff oder der Krankengymnastik sollte eine Kühlung mit IceBand mehrmals durchgeführt werden.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, falls sich der Schmerz verstärkt oder Sie bei der Anwendung unsicher sind.

GEGENANZEIGEN: IceBand® darf nicht angewandt werden bei Kälteallergie, Raynaud-Syndrom oder bei Kryoglobulinämie.

WARNHINWEIS: Das Kühlelement niemals direkt auf die Haut legen. Bei Unsicherheiten in der Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Nur zur Anwendung für eine Person.

IceBand kann etwa 30 mal angewandt werden

REINIGUNG: Die Kühlelemente können mit einem für das Krankenhaus zugelassenen Oberflächendesinfektionsmittel desinfiziert werden und in der Waschmaschine bei maximal 65° Celsius gewaschen werden. Das IceBand-Gewebe sollte nicht gewaschen werden.

ENTSORGUNG: IceBand besteht aus Wasser, Polyäthylen und Polypropylen und kann im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bei der Müllverbrennung entsteht CO² und Wasser

IceBand wurde entwickelt in Zusammenarbeit mit Robert Ihrman, MD Orthopaedic Consultant, Orthopaedic Clinic, Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden



Το Ice Band είναι ένας ψυχρός και συμπιεστικός επίδεσμος ο οποίος αναπτύχθηκε ειδικά για την ανακούφιση του μετεγχειρητικού πόνου και του οιδήματος κατά την διάρκεια της αποκατάστασης μετά από χειρουργική επέμβαση γόνατος.

Οι οδηγίες χρήσης θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα μέγιστα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Το Ice Band πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά από την χειρουργική επέμβαση καθώς και μετά από συνεδρίες γυμναστικής (προπόνηση) και φυσικοθεραπείες αφού προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι πιθανότητες αύξησης του οιδήματος και του πόνου μεγαλώνουν.

Το Ice Band διευκολύνει την μετεγχειρητική αποκατάσταση και μειώνει την περίοδο ανάρρωσης.

Η κρυοθεραπεία στο γόνατο έχει αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα και μειώνει το οίδημα και τον πόνο.

Τα ψυχρά αποτελέσματα δεν προξενούν βλάβη και το προϊόν μπορεί με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί όσο συχνά θέλετε. (βλέπε παρακάτω)

Το Ice Band μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μείωση του πόνου και του οιδήματος που ακολουθεί μετά από οξύ τραύμα, ενώ αναμένεται ιατρική περίθαλψη.

Το Ice Band περιλαμβάνει 1 επίδεσμο γόνατος και 2 σετ παγοκύστεων.

Τα ψυχρά στοιχεία αποτελούνται από καθαρό νερό χωρίς πρόσθετα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία PCE (Phase changing Element).

Οδηγίες χρήσεως

- Τοποθετείστε τις παγοκύστες στο ψυγείο (σε 3 ώρες το νερό θα μετατραπεί σε πάγο)
- Τοποθετείστε μία παγοκύστη σε κάθε μία από τις δύο θήκες που δένουν στο γόνατο και επιδέστε τις θήκες στο γόνατό (με τις θήκες προς τα πάνω). Φυλάξτε τις υπόλοιπες παγοκύστες στο ψυγείο και χρησιμοποιήστε τις όταν οι πρώτες δυο έχουν ξεπαγώσει.
- Σφίξτε τα αυτοκόλλητα Velcro δυνατά για να δημιουργηθεί η επιθυμητή συμπίεση
- Η επιτρεπτή χρήση του Ice Band για τα μέγιστα αποτελέσματα είναι 45-60 λεπτά
- Το Ice Band πρέπει να αφαιρείται όταν λιώσει ο πάγος και ολοκληρωθούν τ ψυχρά αποτελέσματα.
- Επαναλάβετε την θεραπεία μετεγχειρητικά είτε και μετά από γυμναστική ή φυσιοθεραπεία.

Ελάτε σε επαφή με τον ιατρό σας αν η θεραπεία οδηγήσει σε περισσότερο πόνο ή αν είστε αβέβαιοι αναφορικά με την χρήση του.

Τα προϊόντα κρυοθεραπείας πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη φροντίδα και σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΙΣ: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κρύο σε περίπτωση που πάσχετε από αλλεργία στο κρύο, νόσο του Raynaud ή κρυοσφαιριναιμία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη βάζετε ποτέ τα στοιχεία ψύξης απευθείας πάνω στο δέρμα. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό σας.

Το Ice Band έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με : Robert Ihrman, MD, Orthopaedic Consultant, Orthopaedic Clinic, Ryhov County Hospital in Sweden

Χρήση μοναδική από ένα ασθενή.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 30 φορές.

Οδηγίες πλύσης προϊόντος: Τα ψυχρά στοιχεία μπορούν να απολυμανθούν με

απλό απολυμαντικό καθώς και να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων στους 65⁰ C. Το ύφασμα δεν πρέπει να πλένεται.

Σύνθεση : Αποτελείται από νερό, πολυεθυλένιο και πολυπροπυλένιο και μπορεί να πεταχτεί στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σε συνθήκη καύσης δίνει CO₂ και νερό.

IT

IceBand® è una fasciatura di compressione e di raffreddamento che è stata sviluppata in particolare per il sollievo del dolore e del gonfiore post-operatorio durante la riabilitazione dopo la chirurgia al ginocchio.

La lettura di questo manuale dell'utilizzatore permetterà di ottenere il massimo effetto terapeutico.

IceBand® dovrebbe essere applicato immediatamente direttamente dopo l'intervento chirurgico e può con vantaggio essere utilizzato dopo sessioni di allenamento e fisioterapia che altrimenti aumenterebbero il gonfiore ed il dolore.

IceBand® faciliterà la riabilitazione post-operatoria e ridurrà il tempo di recupero.

Il raffreddamento del ginocchio ha un effetto antinfiammatorio che in sé ridurrà gonfiare e dolore. L'effetto di raffreddamento non può causare alcun danno e può essere usato in maniera del tutto sicura tanto spesso quanto si vuole. (vedere sotto)

IceBand® può anche essere usato per ridurre il dolore ed il gonfiore che seguono una ferita acuta, mentre si attende trattamento medico.

IceBand® include 1 sostegno per ginocchio e 2 set di 2 elementi refrigeranti.

Il refrigerante è acqua pura senza alcun additivo, usando la tecnologia di PCE™. (Phase Changing Element)

MANUALE DELL'UTILIZZATORE

- Mettere gli elementi refrigeranti in un congelatore (entro 3 ore l'acqua sarà diventata ghiaccio)
- Inserire un elemento refrigerante in ciascuna delle due tasche del sostegno per ginocchio ed applicare il sostegno al ginocchio (con le tasche verso l'alto) Tenere gli elementi refrigeranti restanti nel congelatore ed utilizzare come ricambi quando i primi due si sono sciolti
- Stringere stretto le legature del Velcro per fornire la compressione voluta
- Lasciare che IceBand® funzioni per 45-60 minuti per l'effetto massimo.
- IceBand® dovrebbe essere rimosso quando il ghiaccio si è completamente sciolto e l'effetto di raffreddamento è terminato.
- Ripetere il trattamento parecchie volte post-operatoriamente e dopo allenamento e riabilitazione.

Mettersi in contatto con il proprio medico se i trattamenti conducono a più dolore o se siete incerti circa qualsiasi aspetto del relativo uso. I prodotti di raffreddamento saranno maneggiati con cura ed usati soltanto in conformità con le istruzioni da un medico.

CONTROINDICAZIONI: IceBand® non dovrebbe essere usato se si soffre di allergie, del fenomeno di Raynauds o di vasculite crioglobulinemica.

ATTENZIONE: Non applicare mai gli elementi di raffreddamento direttamente sull'epidermide. In caso di dubbi, rivolgersi al proprio medico.

Per uso singola persona.

Ogni IceBand® può essere usato circa 30 volte.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO: Gli elementi refrigeranti possono essere disinfettati utilizzando un disinfettante di superficie e possono essere lavati in lavastoviglie a 65 C°.

Il sostegno in tessuto non deve essere lavato.

ELIMINAZIONE: Consiste d'acqua, polietilene e polipropilene e può essere esposto come rifiuto domestico normale. Una volta incenerito esso si trasformerà in CO² ed in acqua.

IceBand® è stato sviluppato in collaborazione con: Robert Ihrman, MD, consulente ortopedico, Clinica ortopedica, Ryhov County Hospital in Svezia.



IceBand® is een koel- druk verband welke speciaal ontwikkeld is ter verlichting van post operatieve pijn en zwelling gedurende de herstelperiode na knie operaties.

Het lezen van deze gebruikershandleiding stelt u in staat om het maximale therapeutische effect te behalen.

IceBand® moet direct na de operatie, zonder vertraging, toegepast worden en kan gebruikt worden na trainingen en fysiotherapie, waar sprake kan zijn van verhoogde kans op zwelling en pijn.

IceBand® bevordert de postoperatieve revalidatie en verkort de herstelperiode.

Het koelen van de knie heeft een ontstekingsremmend effect en daardoor gereduceerde zwelling en pijn. Het koeleffect is niet schadelijk en veilig herhaald worden zo vaak als wenselijk is. (zie hier onder)

IceBand® kan ook toegepast worden ter verlichting van pijn en zwelling na een acuut letsel, terwijl u wacht op een medische behandeling.

IceBand® bestaat uit 1 knie brace en 2 sets met 2 koelelementen.

Het koel middel bestaat uit puur water zonder enige toevoeging, gebruikmakend van PCE™ technologie. (Phase Changing Element)

GEbruikers HANDLEIDING

- Plaats de koelelementen in een diepvriezer (binnen 3 uur is het water bevroren tot ijs)
- Plaats de koelelementen in ieder van de twee zakjes van de knie brace en breng de brace aan om de knie (met de zakjes naar boven gericht). Laat de resterende koelelementen in de diepvriezer en gebruik deze ter vervanging wanneer de eerste twee gesmolten zijn.
- Sluit de Velcro sluiting strak om de benodigde compressie te krijgen.
- Laat de IceBand® 45-60 minuten werken voor het maximale effect.
- De IceBand® moet verwijderd worden wanneer het ijs geheel gesmolten is en het koeleffect beëindigd is.
- Herhaal de behandeling verschillende malen post operatief en na training en revalidatie.

Neem contact op met uw arts wanneer de behandeling leidt tot meer pijn of indien u onzeker bent met betrekking tot de toepassing. Koelproducten moeten met zorg toegepast worden en mogen alleen gebruikt worden in samenspraak met instructies van een arts.

CONTRA-INDICATIES: Koude mag niet worden toegepast als u een koudeallergie hebt of aan Raynauds fenomeen of cryoglobulinemie lijdt.

WAARSCHUWING: Leg de koelelementen nooit rechtstreeks op de huid. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Uitsluitend voor éénpersoons gebruik.

Elke IceBand® kan ongeveer 30 keer gebruikt worden.

WAS INSTRUCTIES: De koelelementen kunnen met gebruikmaking van een oppervlakte desinfectans gedesinfecteerd worden en kunnen gewassen worden in een vaatwasmachine op maximaal 65 graden Celsius. De stof mag niet gewassen worden.

AFVALVERWERKING: Bestaat uit water, polyethyleen en polypropyleen en kan aangeboden worden als normaal huishoudelijk afval. Bij verbranding wordt het omgezet in CO² en water.

IceBand® is ontwikkeld in samenwerking met Dr. Robert Ihrman, Orthopedisch chirurg, Orthopedic Clinic, Ryhov County Hospital in Zweden.

FI

IceBand® kylmäkääre on kehitetty erityisesti polvitoimenpiteiden jälkeiseen kuntoutukseen ja kivunlievitykseen

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, saadaksesi paras mahdollinen hyöty kylmäkääreen käytöstä. IceBand® tulee asettaa polveen heti toimenpiteen jälkeen. Kylmäkääreen käyttö on hyödyllistä harjoituksen ja kuntoutuksen jälkeen, jolloin polvi turpoaa ja on kivulias.

IceBand® kylmäkääreellä edistetään kuntoutusta ja saavutetaan nopeammin polven normaali toiminta.

Kylmäkääre toimii tulehdusta vähentävästi, mikä vähentää turvotusta ja kipua. Kylmäkääreen käyttö on vaaratonta.

IceBand® kylmäkäärettä voidaan käyttää myös tapaturmissa lääkärin valvonnan alaisuudessa.

IceBand® sisältää 1 kpl polvikääre ja 2 + 2 kpl kylmäelementtiä. Kylmäaieena käytetään puhdasta vettä, ilman lisäaineita, käyttäen PCE™ tekniikkaa

KÄYTTÖHJE:

- Laita kylmäelementit pakasteeseen (jäätyy n. 3 tunnissa)
- Ota 2 kpl kylmäelementtiä ja aseta polvikääreen taskuihin.. Aseta IceBand® polveen (taskut ulospäin)
- Kiinnitä tarranauhoilla.
- Käytä IceBand® kylmäkäärettä 30-90 min. parhaan mahdollisen kivunlievityksen ja turvotuksen vähenemisen saavuttamiseksi.
- Kylmäkääre tulee poistaa kun kylmävaikutus on loppunut.
- Toista hoito useita kertoja toimenpiteen, kuntoutuksen ja harjoituksen jälkeen.

Keskeytä hoito ja neuvottele lääkärisi kanssa, mikäli tunnet lisääntyvää kipua tai tunnet olosi huonoksi.

VASTA-AIHEET: Kylmää ei tule käyttää, jos kärsit kylmäallergioista, Raynaudin ilmiöstä tai kryoglobulinemiasta.

VAROITUS: Älä koskaan levitä jäähdytyslementtejä suoraan iholle. Jos olet epävarma, kysy lääkäriltäsi.

KÄYTTÖIKÄ: Kääre on suunniteltu vain yhden henkilön käyttöön. Käärettä voidaan käyttää n. 30 käyttökertaa.

PUHDISTUS: Kylmäelementit voidaan pyyhkiä desinfektioaineella ja voidaan pestä desinfektio koneessa maksimi 65° lämpötilassa. Kuitumateriaalista polvikäärettä ei saa pestä.

HÄVITTÄMINEN: Sisältää vettä, polyetyleneä, polypropyleeniä ja hävitetään normaalina jätteenä. Poltettaessa muodostaa vain hiilidioksidia ja vettä.

IceBand® on kehitetty yhteistyössä ortopedi, MD, Robert Ihrmanin kanssa Ryhovin sairaalassa Ruotsissa.

PL

Opaska IceBand® to rodzaj chłodzącej i uciskowej opaski, która została opracowana specjalnie w celu zmniejszenia bólu i obrzęku pooperacyjnego w trakcie rehabilitacji po operacji kolana.

Aby uzyskać maksymalny efekt terapeutyczny należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania.

Opaskę IceBand® należy zakładać bezpośrednio po operacji. Korzystne jest również stosowanie jej po sesjach treningowych i fizjoterapeutycznych, gdyż umożliwia to zmniejszenie bólu i obrzęku.

Opaska IceBand® ułatwia rehabilitację pooperacyjną i przyczynia się do skrócenia okresu powrotu do zdrowia po zabiegu operacyjnym.

Ochładzanie kolana ma wpływ przeciwzapalny, przyczyniający się do zmniejszenia obrzęku i bólu.

Chłodzące działanie opaski nie jest w żadnym wypadku szkodliwe, w związku z czym opaskę można stosować dowolnie często (patrz niżej).

Opaska IceBand® może być również używana w przypadku ostrych urazów w celu ograniczenia bólu i obrzęku w trakcie oczekiwania na przybycie pomocy medycznej.

Opaska IceBand® składa się z usztywniacza kolana i 2 kompletów elementów chłodzących (po 2 elementy w każdym komplecie).

Czynnikiem chłodzącym jest czysta woda, bez żadnych dodatków, do chłodzenia zaś wykorzystywana jest technologia PCE (Phase Changing Element – zmiana stanu skupienia).

SPOSÓB UŻYTKOWANIA OPASKI

- Umieścić elementy chłodzące w zamrażalniku (znajdująca się w nich woda zamroźnie w przeciągu ok. 3 godzin).
- Włożyć po jednym zamrożonym elemencie do każdej z dwóch kieszeni usztywniacza kolana i umieścić usztywniacz na kolanie (kieszenie powinny być skierowane do góry). Pozostałe dwa elementy należy pozostawić w zamrażarce i zastąpić nimi dwa pierwsze elementy, gdy zawarty w nich lód roztopi się.
- Mocno dociągnąć mocowania typu Velcro w taki sposób, aby zapewnić wymagany ucisk.
- Aby uzyskać maksymalną skuteczność działania opaska IceBand® powinna pozostawać założona przez 45-60 minut.
- Opaskę IceBand® należy zdjąć gdy lód stopi się i efekt chłodzenia dobiegnie końca.
- Opisaną terapię należy powtórzyć kilkakrotnie, zarówno po przeprowadzeniu operacji, jak też po sesjach treningowych i rehabilitacyjnych.

Jeśli w wyniku stosowania powyższej terapii ból się nasila, należy zasięgnąć porady lekarza. Podobnie należy postąpić w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu użytkowania opaski. Z wszelkimi produktami chłodzącymi należy obchodzić się ostrożnie i użytkować je zgodnie ze wskazówkami lekarza.

PRZECIWSKAZANIA: Zimna nie należy stosować, jeśli cierpi się na alergię na zimno, objaw Raynauda lub krieglobulinemię.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie umieszczać elementów chłodzących bezpośrednio na skórze. W razie niepewności skonsultować się z lekarzem.

Opaski IceBand® nie należy stosować w przypadku osób, u których występuje alergiczna reakcja na zimno, objaw Raynauda lub krieglobulinemia. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Opaska przeznaczona jest do stosowania tylko u jednej osoby.

Opaskę IceBand® można użyć ok. 30 razy. Nie należy jej prać.

Utylizacja: opaska, która zawiera takie substancje jak woda, polietylen, polipropylen, może być usuwana razem z odpadkami domowymi. W przypadku spalania powstaje CO₂ i woda.



L'IceBand® est un bandage de compression réfrigérant qui a été développé spécialement pour soulager la douleur postopératoire et résorber le gonflement pendant la phase de rééducation qui suit une opération du genou.

La lecture de ce mode d'emploi vous permettra d'obtenir l'effet thérapeutique maximal.

L'IceBand® doit être appliqué immédiatement après l'opération et peut être utilisé avec profit après des séances d'exercices ou de kinésithérapie susceptibles d'augmenter le gonflement et la douleur.

L'IceBand® facilitera la rééducation postopératoire et accélèrera votre rétablissement.

Le refroidissement du genou a un effet anti-inflammatoire qui, en lui-même, réduit le gonflement et la douleur. L'effet de froid ne peut faire aucun mal et vous pouvez y recourir sans danger aussi souvent que vous le voulez. (Voir plus loin).

L'IceBand® peut aussi être utilisé pour réduire la douleur et le gonflement consécutifs à une lésion aiguë dans l'attente de soins médicaux.

L'IceBand® comprend 1 genouillère et 2 jeux de 2 éléments réfrigérants.

L'agent réfrigérant est l'eau pure sans aucun additif. Il met en œuvre la technologie PCE™ (Phase Changing Element = élément à changement de phase).

MODE D'EMPLOI

- Mettez les éléments réfrigérants dans un congélateur (au bout de 3 heures, l'eau se sera transformée en glace).
- Introduisez un élément réfrigérant dans chacune des deux poches de la genouillère et appliquez celle-ci à votre genou (les poches en haut). Laissez les autres éléments réfrigérants dans le congélateur pour les utiliser lorsque les deux premiers auront fondu.
- Serrez bien les fermetures velcros afin d'obtenir la compression voulue.
- Laissez l'IceBand® agir pendant 45 à 60 minutes pour que l'effet soit maximal.
- Retirez l'IceBand® lorsque la glace a entièrement fondu et que l'effet de froid a cessé.
- Répétez le traitement plusieurs fois en postopératoire et après une séance d'exercices ou de rééducation.

Contactez votre médecin si le traitement augmente la douleur ou si vous avez des doutes sur tel ou tel aspect de son utilisation. Les produits réfrigérants doivent être manipulés avec précaution et utilisés uniquement selon les instructions d'un médecin.

CONTRINDICATIONS: Ne pas utiliser de froid si vous souffrez d'une allergie au froid, du phénomène de Raynaud ou de cryoglobulinémies.

AVERTISSEMENT: Ne jamais appliquer directement les éléments réfrigérants sur la peau. Si vous avez des questions, parlez-en à votre médecin.

À usage uniquement individuel.

Chaque IceBand® peut être utilisé environ 30 fois.

NETTOYAGE: Les éléments réfrigérants peuvent être désinfectés à l'aide d'un désinfectant de surface et peuvent être lavés dans un lave-vaisselle à 65°C maximum. Le tissu ne doit pas être lavé.

ÉLIMINATION: Le bandage est constitué d'eau, de polyéthylène et de polypropylène et peut donc être éliminé comme un déchet ménager normal. Lorsqu'il est incinéré, il se transforme en CO² et en eau.

L'IceBand® a été développé en coopération avec Robert Ihrman, MD, consultant orthopédique au service orthopédique de l'hôpital régional de Ryhov, en Suède.

ES

IceBand® es un vendaje de compresión y refrigeración que ha sido especialmente desarrollado para el alivio del dolor y la hinchazón postoperatorios durante el proceso de rehabilitación posterior a la cirugía de rodilla.

Leyendo el Manual de Usuario obtendrá un efecto terapéutico máximo.

IceBand® debería aplicarse inmediatamente después de la operación y es conveniente utilizarlo después de las sesiones de ejercicio y la fisioterapia, ya que de otro modo aumentaría la hinchazón y el dolor.

IceBand® facilitará su rehabilitación postoperatorio y acortará su tiempo de recuperación.

Enfriando la rodilla se consigue un efecto antiinflamatorio que reducirá la hinchazón y el dolor.

El efecto enfriamiento no puede causar ningún daño (véase más abajo) y puede utilizarse tantas veces como se desee.

IceBand® puede utilizarse también para reducir el dolor y la hinchazón tras una lesión grave, mientras espera a recibir atención médica.

IceBand® incluye una abrazadera para la rodilla y 2 juegos de 2 elementos refrigerantes.

El agente refrigerante es simplemente agua sin ningún tipo de aditivos, utilizando la tecnología PCE™.

(Fase elemento cambiante)

MANUAL DE USUARIO

- Meta los elementos refrigerantes en el congelador (en 3 horas el agua se habrá convertido en hielo)
- Inserte un elemento refrigerante en cada uno de los dos bolsillos de la abrazadera de la rodilla y aplíquela a la rodilla (con los bolsillos hacia arriba) Deje los dos elementos de refrigeración restantes dentro del congelador y utilícelos para reemplazar a los que está utilizando actualmente cuando se derritan
- Apriete bien las sujeciones de velcro para conseguir el efecto de compresión deseado
- Con el fin de conseguir el máximo efecto, deje actuar el IceBand® durante 45-60 minutos.
- Se debería retirar el IceBand® cuando todo el hielo se haya derretido y se haya terminado el efecto refrigerante.
- Repita el tratamiento varias veces en el postoperatorio y tras los ejercicios de rehabilitación.

Si el tratamiento le provocara más dolor o si tiene dudas sobre su aplicación, no dude en ponerse en contacto con su médico. Todos los elementos de refrigeración deberán utilizarse con cuidado, de acuerdo con las instrucciones de un médico.

CONTRAINDICACIONES: No deberá utilizar frío si padece alergia al frío, el fenómeno de Raynaud o crioglobulinemia.

ADVERTENCIA: No ponga nunca los elementos refrigerantes en contacto directo con la piel. Si no está seguro, por favor consulte con su médico.

Únicamente para uso de una persona.

Cada IceBand® puede utilizarse aproximadamente 30 veces.

LIMPIEZA: los elementos refrigerantes pueden desinfectarse mediante una superficie desinfectante y pueden lavarse en un lavavajillas a un máximo de 65 grados Celsius. La tela no deberá lavarse.

RESIDUOS: compuesto por agua, polietileno, polipropileno. Puede desecharse como cualquier otro residuo doméstico normal. Si se incinera se convertirá en CO² y agua.

IceBand® fue desarrollado en cooperación con el Doctor Robert Ihrman, Médico Ortopédico en la Clínica Ortopédica del Hospital Ryhov County en Suecia.

PT

IceBand® é uma ligadura fria para ser usada após intervenções cirúrgicas ortopédicas, e também durante o período de reabilitação depois da cirurgia. A IceBand® também pode ser usada no caso de uma lesão de emergência, enquanto aguarda tratamento médico.

O frio, em combinação com compressão, alivia a dor e reduz o inchaço.

Leia as instruções de utilização até ao fim, para conseguir o efeito máximo da ligadura.

A IceBand® deve ser aplicada logo a seguir à cirurgia terminar. A ligadura fria também pode ser usada depois de um treino ou exercícios de reabilitação física, quando muitas vezes se sente dores ou inchaços no joelho.

A reabilitação é mais fácil com a ligadura fria IceBand®, permitindo uma recuperação mais rápida ao funcionamento normal. O frio tem um efeito anti-inflamatório, ou seja, reduz o inchaço e a dor. O frio é inofensivo para uso (ver abaixo).

IceBand® contém 1 ligadura para joelho e 2+2 elementos frio. Para o agente de frio é usada água limpa sem quaisquer aditivos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Colocar os elementos de frio no congelador (demora cerca de 3 horas a congelar).
- Remover 2 elementos de frio e colocar nos bolsos da ligadura. Mantenha os outros dois no congelador para trocar quando os dois primeiros derreterem.
- Apertar a ligadura muito bem à volta do pé de acordo com as instruções de utilização. Puxar as bandas velcro até obter a com pressão desejada.
- Deixar a ligadura a fazer efeito entre 45-60 minutos para maximizar o alívio da dor e inchaço. Remover a ligadura quando o efeito frio passar.
- Fazer uma pausa de aprox. 1 hora antes de colocar novamente a ligadura.
- Repetir o tratamento várias vezes após a cirurgia, ou depois de treino/reabilitação.

Usar apenas por recomendação médica.

Interromper o tratamento e consulte o seu médico se sentir que a dor aumenta, ou se tem alguma dúvida.

A ligadura é individual e não deve ser usada por vários pacientes.

CONTRAINDICAÇÕES: Pessoas que sofram de alergia ao frio, síndrome de Raynaud ou crioglobulinemia não devem usar frio.

AVISO: Nunca coloque o elemento de frio diretamente na pele. Pergunte ao médico no caso de dúvidas.

PERÍODO DE VALIDADE: para cerca de 30 utilizações.

LIMPEZA: o elemento frio pode ser desinfetado e lavado na máquina a uma temperatura máx de 65 graus C. Os têxteis não devem ser lavados.

ELIMINAÇÃO: contém água, polietileno, polipropileno e deve ser processado como resíduo tóxico. Incineração gera dióxido de carbono e água.

IceBand® foi desenvolvida em colaboração com o Chefe Clínico Dr. Robert Ihrman da Clínica de ortopedia do hospital distrital Ryhov em Jönköping na Suécia.

SE**NO****DK**

IceBand® är ett kylförband avsedd att användas efter ortopediska operationen och under rehabiliteringsperioden efter operationen. IceBand® kan även användas vid akut skada i väntan på läkarvård.

Kyla och kompression i kombination lindrar smärta och reducerar svullnad.

Läs hela denna bruksanvisning för att få ut maximal effekt av bandaget.

IceBand® skall appliceras på knäet snarast efter operationen. Kylbandaget kan med fördel användas efter träning och rehabilitering då knäet ofta svullnar och smärta.

Med IceBand® kylbandage underlättas rehabiliteringen och man får en snabbare återgång till normal knäfunktion. Kylan verkar antiinflammatoriskt, vilket innebär minskad svullnad och smärta. Kyla är ofarligt att använda. (se nedan)

IceBand® innehåller 1 st knäbandage och 2+2 st kylelement. Som kylmedel används rent vatten utan några tillsatser.

BRUKSANVISNING:

- Lägg in kylelementen i frysen (fryser till is inom ca. 3 timmar)
- Tag ut 2 st kylelement och lägg dem i bandagets fickor. Behåll de andra 2 kylelementen i frysen och använd dessa som utbyte när de första 2 har smält.
- Spänn fast bandaget på knäet. Dra åt kardborrebanden ordentligt för önskad kompression.
- Låt bandaget verka under 45-60 minuter för maximal smärtlindring och avsvällning. Bandaget skall tas av när kyleffekten har upphört.
- Gör uppehåll ca. 1 timma, sedan kan bandaget åter sättas på.
- Upprepa behandlingen flera gånger efter operationen samt efter rehabilitering och träning.

Skall endast användas på läkares rekommendation.

Avbryt behandlingen och rådgör med din läkare om du får mer ont eller känner dig osäker.

Bandaget är personligt och skall inte återanvändas på flera patienter.

KONTRAINDIKATIONER: Kyla skall ej användas om du lider av köldallergi, Raynauds fenomen eller cryoglobulinaemia.

VARNING: Lägg aldrig kylelementen direkt mot huden. Är du osäker – fråga din läkare.

HÅLLBARHET: Håller för ca. 30 gångers användning.


RENGÖRING: Kylelementen kan desinficeras och tvättas i diskmaskin i max. 65C. Textilerna skall ej tvättas.

AVFALL: Innehåller vatten, polyetylen, polypropylen och hanteras som vanligt avfall. Vid förbränning bildas koldioxid och vatten.

IceBand® är utvecklat i samarbete med Överläkare Robert Ihrman på Ortopedkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Sverige.

IceBand®
by MD R.Ihrman Patent Pend.

IB Medical AB
Rundelgatan 2
SE-573 35, Sweden
icebandmedical.com



Rev. 2023-08-12